



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#) [Fale Conosco](#)

Comunicados Catálogo	sua conta Sair	Procedimentos	Relatórios	Sanções
--	------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------

12:48:31



Número da OC 851901801002021OC00019 - Itens
negociados pelo valor unitário
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE
PROPOSTAS

Ente federativo FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE
PEDREIRA - FUNBEPE
UC ENTIDADES CONVENIADAS FUNDAÇÃO
BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE

[Fase Preparatória](#) [Edital e Anexos](#) [Pregão](#) [Gestão de Prazos](#) [Atos Decisórios](#)

11275636616 FLAVIO ALMEIDA MARTINS

[Voltar](#)

Pergunta

ITEM 70

10/12/2021 11:57:46

MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

O edital estabelece que a licitante vencedora deverá fornecer lanceta 28G que possua profundidade 1,5mm. Esta interessada entende que a profundidade definida no descritivo seja de ATÉ 1,5mm. Este entendimento está correto?

Afinal, quanto menor a profundidade maior será o conforto para o usuário, além disso, o que determina o fluxo de sangue é o GAUGE e não a profundidade.

Considerando que quanto maior o número de licitantes participantes maior a competitividade e haverá maior disputa de lances e que, quanto menor a profundidade da lanceta, mais confortável e menos dolorosa é a punção para o usuário.

Pergunta-se:

1. As licitantes poderão cotar lancetas 28G com profundidade de até 1,5mm?
2. Quais as vantagens que a lanceta 28G com 1,5mm poderão trazer e que as lancetas 28G com 1,4mm não oferecem?

Resposta

Enviar

[Ouvidoria](#)

[Transparência](#)

[SIC](#)



Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso