



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#) [Fale Conosco](#)

<a href="#">Comunicados</a>	<a href="#">sua conta</a>	<a href="#">Procedimentos</a>	<a href="#">Relatórios</a>	<a href="#">Sanções</a>	<a href="#">Catálogo</a>
<a href="#">Sair</a>					

9:13:24

 Número da OC 851901801002023OC00022 - Itens Ente federativo FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE  
Negociados pelo valor unitário UC ENTIDADES CONVENIADAS FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA - FUNBEPE  
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS Fase Preparatória Edital e Anexos Pregão Gestão de Prazos Atos Decisórios

41952927862 Nathalia Darli Colsato

[Voltar](#)

## Pergunta

Esclarecimento de duvida

08/08/2023 14:46:40

MOGAMI IMPORTação e EXPORTação LTda

São Paulo, 08 de agosto de 2023.

À FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE

A/C: Sr. Pregoeiro e Equipe Técnica

E-mail:

Referente ao Pregão Eletrônico nº 18/2023

Processo nº 129/2023

Oferta de compra nº 851901801002023OC00022

Data e horário da sessão Pública: 16/08/2023 – às 09:00h (Horário de Brasília)

Local: Sistema eletrônico de contratações denominado Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP no site: [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br).

UASG: n/a

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados,

Na qualidade de empresa interessada em participar do referido processo, vimos por meio desta, solicitar esclarecimento, em relação ao item 13, conforme segue:

Item 13 - Sonda Foley; Em 100% Silicone, Transparente; Lubrificacao Homogenea; Esteril, Descartavel, Atoxica, Apirogenica; Com Balao de 5-10ml, Com Valvula Tipo Luer; Com 2 Vias, Calibre Numero 18, Ponta Com Dois Orificios Laterais; Numero do Calibre Estampado Em Local Visivel Embalado Em Material Que Garanta a Integridade Doproduto, Que permita Abertura Asseptica; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente.Und.

Solicitamos gentilmente, retorno para nossa consideração, conforme segue abaixo:

1- Para o item citado a cima, gostaríamos de ofertar quanto empresa interessada em participar do processo a sonda folley em silicone, com o balão de 15 ml. Poderíamos prosseguir com a proposta da mesma ?

Diante do exposto, agradecemos sua atenção, e aguardamos seu pronunciamento.

Atenciosamente,

Mogami Importação e Exportação Ltda.

C.N.P.J.: 50.247.071/0001-61

Inscr. Est. 109.998.167.118

Rua: Fanfa, 37

Telefone: 2949.3404

Marcos Zamaioli

RG.: 13.338.529-2

CPF.: 043.937.588-62

Gerente Nacional de Vendas

marcos@mogamibrasil.com

#### Resposta

Nathalia Darli Colsato

14/08/2023 09:12:58

Srs. licitantes , esclarecemos que não será possível o oferecimento de Sonda Foley; Em 100% Silicone, Transparente; Lubrificação Homogênea; Estéril, Descartável, Atóxica, Apirogenica Com Balão de capacidade superior a 10 ml, conforme especificado no descritivo contido no edital.

Assim não é possível o oferecimento do produto indicado pela empresa.



Ouvidoria | Transparência | SIC

Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso